

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura Municipal de Itaquí
Setor de Licitações
Registro de Preços Eletrônico - 053/2024

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
-	-	07/10/2024 - 08:21:42	Pedido de esclarecimento quanto ao fornecimento de histerômetro sem stopper e luva nitrilica.	07/10/2024 - 11:51:59	KIT DIU PLUS - Catálogo + Instrução de uso - AK2003.pdf

Questionamento: Considerando que a diferença na característica não interfere na segurança da realização do procedimento, a histerometria é um procedimento delicado que deve ser conduzido de forma lenta - como preconiza as recomendações atuais. E, que o material utilizado para realização desta medida é o histerômetro centimetrado - descartável ou não, com stopper ou não, uma vez que na prática clínica, a medida é dada pela haste centimetrada e não pela presença do stopper. Considera-se ainda que o procedimento exige adequado toque bimanual associado ao pinçamento do lábio anterior do colo com Pozzy de modo a tracionar o útero, corrigindo retro ou anteflexão exagerada, tanto durante a histerometria como durante a inserção do DIU. Assim, o toque bimanual será o norteador da medida do útero, associado à uma histerometria cuidadosa para não forçar a passagem do histerômetro, garantindo que a medida corresponda ao formato do útero estimado pela palpação bimanual.

Conforme descritivo em edital, solicita luva em látex, nossa luvas é nitrilica.

Gostaria de confirmar se nossa luva nitrilica e histerômetro sem stopper atende a necessidade do órgão?, Arquivo Anexo: KIT DIU PLUS - Catálogo + Instrução de uso - AK2003.pdf

Resposta: Bom dia!

Em resposta aos questionamentos, digo que não podemos aceitar a luva nitrilica no lugar da luva em látex, bem como o histerômetro tem que ser com stopper e com centímetros.

Sem mais.

Atenciosamente,

Adelina Rodrigues.
Secretaria de Saúde

-	-	04/10/2024 - 09:48:53	Solicitação de Esclarecimentos	07/10/2024 - 09:29:57	
---	---	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	--

Questionamento: Prezados senhores, bom dia!

A empresa Check Safe Ltda., inscrita no CNPJ nº 48.435.293/0001-66, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº053/2024 da Prefeitura Municipal de Itaquí/SC, vem respeitosamente, solicitar esclarecimento nas questões abaixo.

Em análise do termo de referência do Edital, observamos características que nos trouxeram dúvidas:

1. Nos itens 69 (Fita/ Tira reagente) e 77 (Glicosímetro) e solicita marca On Call Plus, qual a justificativa para essa exigência?

Se vencermos essa licitação, podemos oferecer aparelhos em comodato SEM CUSTOS (compatível com a marca de tiras que iremos ofertar) conforme a necessidade do órgão solicitante. Desta forma, será aceito? Desta forma, podemos ofertar marca diferente da marca solicitada no edital contemplando em regime de comodato?

77- (Glicosímetro) No edital solicita marca On Call Plus, qual a justificativa para essa exigência?

Referente ao aparelho, será aceito valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl ?

Existem inúmeros aparelhos e tiras reagentes que, reitera-se, desempenham a mesma função do aparelho direcionado na licitação. Esse fato comprova que existem, no mercado, muitas marcas aptas a participarem do certame. Tais marcas/aparelhos possuem plenas condições de atender todas as necessidades do município.

Desde já agradecemos e ficamos no aguardo de um breve retorno.

Atenciosamente,

Resposta: Bom dia!

À título de esclarecimento, sobre o item 69, mencionamos ser necessária a compatibilidade com o aparelho que já possuímos, em momento algum solicitamos marca da fita/tira reagente.

Quanto ao item 77, a necessidade se deve a facilidade de manuseio do glicosímetro selecionado, pois este apresenta um design intuitivo, com menos etapas ou procedimentos complexos para a realização da medição de glicose. Isso facilita o uso por pessoas com baixa escolaridade ou familiaridade com tecnologias. Além disso, o aparelho em questão oferece instruções simplificadas, que podem ser facilmente compreendidas por usuários com menor grau de alfabetização (o aparelho foi o que teve melhor adesão entre os pacientes pelo fácil manuseio). Esses fatores tornam o glicosímetro mais acessível para populações que necessitam de um dispositivo prático, sem abrir mão da eficácia e segurança nas medições.

Já em relação ao questionamento sobre os valores que serão aceitos, será aceito valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl até 600mg/dl.

Sendo o que tinha para o momento, à disposição para mais dúvidas.

Atenciosamente,

Priscilla Rodrigues.
Secretaria de Saúde

